

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на лампу накаливания миниатюрную галогенную типа КГМН 12-30


№ 166

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лампа предназначена для работы от сети постоянного или переменного тока частоты 50 Гц в оптатомологических приборах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Номинальное напряжение, В
 - 12
 - 30
- 2.2. Номинальная мощность, Вт
 - 800
- 2.3. Номинальный световой поток, лм
 - 800
- 2.4. Средняя продолжительность горения, ч, не менее - 50
- 2.5. Основные размеры лампы, мм, не более:
 - а) длина L - 44
 - б) диаметр колбы D - 9,5
- 2.6. Масса лампы, г, не более - 7
- 2.7. Цоколь PG 22-6.35



3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1. Эксплуатация ламп должна проводиться в соответствии с требованиями технических условий, с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами технической безопасности электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором.
- 3.2. Лампы должны эксплуатироваться в электрических сетях переменного тока частоты 50 Гц, при номинальном напряжении не превышающем $\pm 2\%$ номинального.
- 3.3. Запрещается эксплуатация ламп в режимах и условиях, отличающихся от установленных в технических условиях.
- 3.4. При установке лампы не допускается соприкосновение пальцев рук с поверхностью колбы, во избежание помутнения колбы при эксплуатации.
- 3.5. Положение ламп при эксплуатации произвольное, за исключением вертикального — цоколем вверх.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лампа накаливания миниатюрная галогенная типа КГМН 12-30 соответствует техническим условиям ТУ16-545.440-83 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

Начальник СК

Контролер СК



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ламп требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения устанавливается 3 года со дня изготовления ламп предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента ввода ламп в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при продолжительности горения 35 ч.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования в части воздействия механических нагрузок по группе Л ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов — группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.

7. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения ламп по группе 1(Л) ГОСТ 15150. Срок хранения 3 года.